



wiroSPY SINGLE



[de]	EU Konformitätserklärung FLACHKOPF STETHOSKOP	Seite 2
[en]	EU declaration of conformity SINGLE HEAD STETHOSCOPE	Page 3
[nl]	EU-conformiteitsverklaring STETHOSCOOP MET PLATTE KOP	Zijde 4
[fr]	Déclaration de conformité CE STÉTHOSCOPE À TÊTE PLATE	Page 5
[es]	Declaración de conformidad de la UE ESTETOSCOPIO DE CABEZA PLANA	Página 6
[it]	Dichiarazione di conformità UE STETOSCOPIO A TESTA PIATTA	Pagina 7
[el]	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ	Σελίδα 8
[tr]	AB Uygunluk Beyanı DÜZ BAŞLI STETOSKOP	Sayfa 9
[ru]	Декларация соответствия требованиям ЕС СТЕТОСКОП С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ	Страница 10
[pl]	Deklaracji zgodności UE STETOSKOP Z GŁOWICĄ JEDNOSTRONNĄ	Strona 11
[da]	EU-konformitetserklæring STETOSKOP MED FLADT HOVED	Side 12
[sv]	EU-försäkran om överensstämmelse STETOSKOP MED PLATT HUVUD	Sida 13
[no]	EU-samsvarserklæring FLATHODE STETOSKOP	Side 14
[cs]	EU prohlášení o shodě PLOCHÝ STETOSKOP	Strana 15
[hu]	EU-megfelelőségi nyilatkozat LAPOS SZTETOSZKÓP	Oldal: 16
[sk]	Vyhlasenie o zhode EÚ STETOSKOP S PLOCHOU HLAVICOU	Strana 17
[sl]	EU-izjava o skladnosti STETOSKOP S PLOSKO GLAVO	Stran 18
[ro]	Declarație de conformitate UE CAP PLAT STETOSCOP	Pagina 19
[pt]	Declaração de Conformidade UE ESTETOSCÓPIO DE CABEÇA PLANA	Página 20
[lt]	ES atitikties deklaracija STETOSKOPAS PLOKŠČIA GALVUTE	Puslapis 21
[lv]	EU atbilstības deklarācija PLAKANĀS GALVAS STETOSKOPS	Lappuse 22
[bg]	ЕС Декларация за съответствие СТЕТОСКОП С ПЛОСКА ГЛАВА	Страница 23
[uk]	Декларація відповідності вимогам ЄС СТЕТОСКОП З ПЛАСКОЮ ГОЛОВКОЮ	Сторінка 24
[et]	EÜ vastavusdeklaratsioon LAMEPEAGA STETOSKOOP	Lk 25
[fi]	EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus LITTEÄPÄINEN STETOSKOOPPI	Sivu 26





FLACHKOPF STETHOSKOP

Hersteller

Firma + Anschrift	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmarke	care & serve®

Bevollmächtigungen

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

Produktvarianten

Produktbeschreibung	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Flachkopf Stethoskop
Artikelnummern	75981401 75981402 75981403 75981407

Verwendung

Verwendungszweck	Diagnosewerkzeug bei Untersuchungen zur Auskultation von Körpergeräuschen.
------------------	--


Rechtsbestätigung


(EU) 2017/745	Medizinprodukt der Klasse I gemäß (EU) 2017/745 Konformitätsbewertungsverfahren nach Anhang IX
Klassifizierungsregeln	Regel 1

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die aufgelisteten Produkte den grundlegenden Anforderungen der aufgeführten Richtlinien und Verordnungen, sowie der aufgeführten einschlägigen harmonisierten Normen, entspricht.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





EU declaration of conformity

wiroSPY SINGLE



SINGLE HEAD STETHOSCOPE

Manufacturer

Company + Address	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germany
SRN	DE-MF-000004956
Trademark	care & serve®

Authorisation

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Switzerland
--------	--

Product variants

Product description	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Single head stethoscope
Item numbers	75981401 75981402 75981403 75981407

Application

Intended use	Diagnostic tool for examinations to listen to body sounds.
--------------	--


Legal confirmation

(EU) 2017/745	Class I medical device in accordance with EU 2017/745 Conformity assessment procedure according to Annex IX
Classification rules	Rule 1

We declare under sole responsibility that the listed products conform to the fundamental requirements of the named directives and regulations, as well as the mentioned relevant harmonised standards.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





STETHOSCOOP MET PLATTE KOP

Fabrikant

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmerk	care & serve®

Autorisaties

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Zwitserland
--------	--

Productvarianten

Productbeschrijving	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Stethoscoop met platte kop
Artikelnummers	75981401 75981402 75981403 75981407

Gebruik

Toepassing	Diagnostisch hulpmiddel bij onderzoeken voor auscultatie van lichaamsgeluiden.
------------	--

Juridische bevestiging


(EU) 2017/745	Geneeskundig product dat behoort tot klasse I overeenkomstig EU 2017/745 Conformiteitsbeoordelingsprocedure overeenkomstig bijlage IX
Classificatiecode	Regel 1


Wij verklaren er uitsluitend verantwoordelijk voor te zijn dat de genoemde producten voldoen aan de fundamentele eisen van de vermelde richtlijnen en verordeningen en de vermelde, daarop betrekking hebbende, geharmoniseerde normen.

Willich, 05.03.2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Hummels'.

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





Déclaration de conformité CE

wiroSPY SINGLE



STÉTHOSCOPE À TÊTE PLATE

Fabricant

Société + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Allemagne
SRN	DE-MF-000004956
Marque commerciale	care & serve®

Procurations

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suisse
--------	---

Variantes de produits

Description du produit	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Stéthoscope à tête plate
Numéros d'articles	75981401 75981402 75981403 75981407

Utilisation

Usage prévu	Outil de diagnostic pour l'auscultation des sons corporels.
-------------	---


Confirmation juridique


(EU) 2017/745	Dispositif médical de classe 1 selon la norme EU 2017/745 Procédure d'évaluation de la conformité selon l'annexe IX
Règles de classification	Règle 1

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits listés répondent aux exigences de base des directives et réglementations ainsi qu'aux normes harmonisées correspondantes énumérées.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





wiroSPY SINGLE

ESTETOSCOPIO DE CABEZA PLANA

Fabricante

Empresa + Dirección	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemania
SRN	DE-MF-000004956
Marca registrada	care & serve®

Autorizaciones

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suiza
--------	--

Variantes del producto

Descripción del producto	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Estetoscopio de cabeza plana
Números de artículo	75981401 75981402 75981403 75981407

Uso

Finalidad	Herramienta de diagnóstico en pruebas para la auscultación de ruidos corporales.
-----------	--


Confirmación legal


(EU) 2017/745	Producto sanitario de clase I según UE 2017/745 Procedimiento de evaluación de la conformidad conforme al anexo IX
Reglas de clasificación	Regla 1

Declaramos bajo nuestra responsabilidad exclusiva que los productos indicados cumplen los requisitos básicos de las directivas y reglamentos nombradas, así como las normas armonizadas aplicables indicadas.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





Dichiarazione di conformità UE

wiroSPY SINGLE



STETOSCOPIO A TESTA PIATTA

Produttore

Azienda + Indirizzo	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marchio commerciale	care & serve®

Autorizzazioni

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Svizzera
--------	---

Varianti di prodotto

Descrizione del prodotto	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Stetoscopio a testa piatta
Numeri articolo	75981401 75981402 75981403 75981407

Utilizzo

Scopo dell'utilizzo	Strumento diagnostico negli esami per l'auscultazione dei suoni del corpo.
---------------------	--


Conferma giuridica

(EU) 2017/745	Dispositivo medico della classe I secondo EU 2017/745 Procedura di valutazione della conformità secondo l'allegato IX
Regole di classificazione	Regola 1

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti elencati sono conformi ai requisiti essenziali delle direttive e dei regolamenti elencati, nonché delle pertinenti norme armonizzate elencate.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director



Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

wiroSPY SINGLE



ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΟ ΕΠΊΠΕΔΗΣ ΚΕΦΑΛΉΣ

Κατασκευαστής

Εταιρεία + Διεύθυνση	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Γερμανία
SRN	DE-MF-000004956
Εμπορικό σήμα	care & serve®

Πληρεξουσιότητες

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Ελβετία
--------	--

Παραλλαγές προϊόντος

Περιγραφή προϊόντος	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Στηθοσκόπιο επίπεδης κεφαλής
Κωδικοί είδους	75981401 75981402 75981403 75981407

Χρήση

Ενδεδειγμένη χρήση	Διαγνωστικό εργαλείο για εξετάσεις με σκοπό την ακρόαση ήχων του σώματος.
--------------------	---


Νομική βεβαίωση

(EU) 2017/745	Ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας I σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2017/745 Διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης σύμφωνα με την το παράρτημα IX
Κανόνες κατηγοριοποίησης	Κανόνας 1

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, πως τα αναφερόμενα προϊόντα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις των αναφερόμενων οδηγιών και κανονισμών, καθώς και των αναφερόμενων εφαρμοστέων, εναρμονισμένων προτύπων.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





DÜZ BAŞLI STETOSKOP

Üretici

Şirket + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Almanya
SRN	DE-MF-000004956
Ticari marka	care & serve®

Yetkilendirmeler

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, İsviçre
--------	--

Ürün varyantları

Ürün açıklaması	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Düz başlı stetoskop
Ürün Numarası	75981401 75981402 75981403 75981407

Kullanım

Kullanım amacı	Vücut seslerinin oskültasyonu için yapılan incelemeler için teşhis aracı.
----------------	---


Yasal onay

(EU) 2017/745	AB 2017/745 uyarınca I sınıfı medikal üründür. Ek IX'e göre uygunluk değerlendirme prosedürü (Modül A)
Sınıflandırma kuralları	Kural 1

Belirtilen ürünlerin belirtilen ilgili standartların yanı sıra belirtilen yönergelerin ve düzenlemelerin temel şartlarına uygun olduğunu tek sorumlu olarak beyan ederiz.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





wiroSPY SINGLE

СТЕТОСКОП С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ

Производитель

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Торговая марка	care & serve®

Полномочия

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцария
--------	--

Виды продукции

Описание изделия	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Стетоскоп с плоской головкой
Номера артикула	75981401 75981402 75981403 75981407

Использование

Назначение	Диагностический инструмент для обследований для аускультации шумов организма.
------------	---

Юридическое подтверждение


(EU) 2017/745	Медицинское изделие класса I согласно (ЕС) 2017/745 Процедура оценки соответствия согласно приложению IX
---------------	---

Правила классификации	Правило 1
-----------------------	-----------

Мы заявляем под свою исключительную ответственность, что перечисленные продукты соответствуют основным требованиям указанных директив и правил, а также соответствующим приведенным гармонизированным стандартам.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director



Deklaracji zgodności UE

wiroSPY SINGLE



STETOSKOP Z GŁOWICĄ JEDNOSTRONNĄ

Producent

Firma + Adres	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Niemcy
SRN	DE-MF-000004956
Znak towarowy	care & serve®

Upoważnienia

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Szwajcaria
--------	---

Wersje produktu

Opis produktu	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Stetoskop z głowicą jednostronną
Numer artykułu	75981401 75981402 75981403 75981407

Zastosowanie

Zamierzone przeznaczenie	Przyrząd diagnostyczny w badaniu osłuchowym szmerów ciała.
--------------------------	--

Potwierdzenie zgodności z prawem


(EU) 2017/745	Wyrób medyczny klasy I zgodny z normą UE 2017/745 Procedura oceny zgodności zgodnie z załącznikiem IX
---------------	--


Zasady klasyfikacji	Zasada nr 1
---------------------	-------------

Oświadczamy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wymienione produkty są zgodne z zasadniczymi wymaganiami wspomnianych dyrektyw i rozporządzeń, a także z wspomnianymi odpowiednimi ujednoliconymi normami.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





EU-konformitetserklæring

wiroSPY SINGLE



STETOSKOP MED FLADT HOVED

Producent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Deutschland
SRN	DE-MF-000004956
Handelsmærke	care & serve®

Fuldmagter

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

Produktvarianter

Produktbeskrivelse	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Stetoskop med fladt hoved
Varenumre	75981401 75981402 75981403 75981407

Anvendelse

Anvendelsesformål	Diagnoseværktøj til auskultation af bl.a. hjerte og lunger.
-------------------	---


Juridisk bekræftelse

(EU) 2017/745	Medicinsk produkt klasse I i henhold til EU 2017/745 Procedure for overensstemmelsesvurdering i henhold til bilag IX
Klassificeringsregler	Regel 1

Vi erklærer hermed, at vi alene bærer ansvaret for at de anførte produkter opfylder de grundlæggende krav i de angivne direktiver og forordninger, samt de anførte relevante harmoniserede standarder.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





STETOSKOP MED PLATT HUVUD

Tillverkare

Företag + Adress	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varumärke	care & serve®

Tillstånd

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Schweiz
--------	--

Produktvarianter

Produktbeskrivning	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Stetoskop med platt huvud
Artikelnummer	75981401 75981402 75981403 75981407

Användning

Användningsområde	Diagnosverktyg vid undersökningar för auskultation av kroppsljud.
-------------------	---


Rättslig bekräftelse


(EU) 2017/745	Medicinsk produkt av klass I enligt förordning (EU) 2017/745 Förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt bilaga IX
Klassificeringsregler	Regel 1

Vi förklarar under vårt eget ansvar att de listade produkterna uppfyller de väsentliga kraven i nämnda direktiv och förordningar samt nämnda relevanta harmoniserade standarder.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





EU-samsvarserklæring

wiroSPY SINGLE



FLATHHODE STETOSKOP

Produsent

Firma + Adresse	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Tyskland
SRN	DE-MF-000004956
Varemerke	care & serve®

Autorisasjoner

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Sveits
--------	---

Produktvarianter

Produktbeskrivelse	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Flathhode stetoskop
Artikkelnumre	75981401 75981402 75981403 75981407

Bruk

Bruksområde	Diagnostisk verktøy for undersøkelser for auskultasjon av kroppsllyder.
-------------	---


Juridisk bekreftelse

(EU) 2017/745	Medisinsk produkt av klasse I iht. EU 2017/745 Samsvarsvurderingsmetode iht. bilag IX
Klassifiseringsregler	Regel 1

Vi erklærer at de oppførte produktene oppfyller de grunnleggende kravene i de oppførte retningslinjene og forordningene, samt de relevante oppførte harmoniserte standardene.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director



EU prohlášení o shodě

wiroSPY SINGLE



PLOCHÝ STETOSKOP

Výrobce

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Německo
SRN	DE-MF-000004956
Obchodní značka	care & serve®

Zmocnění

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švýcarsko
--------	--

Varianty výrobku

Popis výrobku	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Plochý stetoskop
Číslo výrobků	75981401 75981402 75981403 75981407

Použití

Účel použití	Diagnostický nástroj určený k vyšetření zvuků těla poslechem.
--------------	---


Právní potvrzení

(EU) 2017/745	Zdravotnický prostředek třídy I podle EU 2017/745 Postup posuzování shody podle přílohy IX
Klasifikační pravidla	Pravidlo 1

Na vlastní odpovědnost prohlašujeme, že jmenované výrobky odpovídají základním požadavkům uvedených směrnic a nařízení, jakož i požadavkům uvedených příslušných harmonizovaných norem.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





wiroSPY SINGLE

LAPOS SZTETOSZKÓP

Gyártó

Cég + Cím	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Németország
SRN	DE-MF-000004956
Márkanév	care & serve®

Meghatalmazások

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Svájc
--------	--

Termékváltozatok

Termékleírás	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Lapos sztetoszkóp
Cikkszámok	75981401 75981402 75981403 75981407

Használat

Felhasználási cél	A testzörejek auscultatiójára használt diagnosztikai eszköz.
-------------------	--


Jogi megerősítés

(EU) 2017/745	Az (EU) 2017/745 rendelet I. csoportjába tartozó orvostechnikai eszköz Megfelelőségértékelési eljárás a IX. mellékletnek megfelelően
Besorolási szabályok	1. szabály

Kizárólagos felelősségünkre kijelentjük, hogy a megnevezett termékek megfelelnek a felsorolt irányelvek és rendeletek, valamint a felsorolt vonatkozó harmonizált szabványok alapvető követelményeinek.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director



Vyhlásenie o zhode EÚ

wiroSPY SINGLE



STETOSKOP S PLOCHOU HLAVICOU

Výrobca

Firma + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemecko
SRN	DE-MF-000004956
Ochranná známka	care & serve®

Oprávnenia

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švajčiarsko
--------	--

Varianty výroby

Opis výrobku	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Stetoskop s plochou hlavicou
Číslo výrobkov	75981401 75981402 75981403 75981407

Použitie

Účel použitia	Diagnostický nástroj pri prehliadkach na počúvanie zvukov tela.
---------------	---


Právne potvrdenie

(EU) 2017/745	Zdravotnícky výrobok triedy I podľa EU 2017/745 Metóda posúdenia zhody podľa prílohy IX
Pravidlá klasifikácie	Pravidlo 1

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že uvedené výrobky zodpovedajú základným požiadavkám uvedených smerníc a nariadení, ako aj požiadavkám uvedených príslušných harmonizovaných noriem.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





wiroSPY SINGLE

STETOSKOP S PLOSKO GLAVO

Proizvajalec

Podjetje + Naslov	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Nemčija
SRN	DE-MF-000004956
Blagovna znamka	care & serve®

Pooblastila

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Švica
--------	--

Različice izdelka

Opis izdelka	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Stetoskop s plosko glavo
Številke artiklov	75981401 75981402 75981403 75981407

Uporaba

Namen uporabe	Diagnostični pripomoček za preiskave in oslušovanje telesnih šumov.
---------------	---


Pravno potrdilo

(EU) 2017/745	Medicinski izdelek razreda I v skladu z 2017/745 Postopek ocenjevanja skladnosti v skladu s prilogo IX
Pravila razvrščanja	1. pravilo

S polno odgovornostjo izjavljamo, da navedeni sezname ustrezajo temeljnim zahtevam navedenih direktiv in uredb, kakor tudi navedenim veljavnim usklajenim standardom.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





wiroSPY SINGLE

CAP PLAT STETOSCOPI

Producător

Firmă + Adresa	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Germania
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercială	care & serve®

Împuterniciri

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Elveția
--------	--

Variante de produs

Descrierea produsului	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Cap plat stetoscop
Număr articole	75981401 75981402 75981403 75981407

Utilizare

Scopul utilizării	Unealtă diagnostic în cazul consultațiilor cu ascultarea zgomotelor corporale
-------------------	---


Confirmare legală

(EU) 2017/745	Produs medicinal clasa I conform UE 2017/745 Procedura aplicată de evaluare a conformității conform anexei IX
Reguli de clasificare	Regula 1

Declarăm pe propria răspundere că produsele enumerate corespund cerințelor de bază ale directivelor și normelor în vigoare precum și ale standardelor armonizate în vigoare.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





ESTETOSCÓPIO DE CABEÇA PLANA

Fabricante

Empresa + Morada	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Alemanha
SRN	DE-MF-000004956
Marca comercial	care & serve®

Autorizações

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Suíça
--------	--

Variantes do produto

Descrição do produto	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Estetoscópio de cabeça plana
Números de artigo	75981401 75981402 75981403 75981407

Utilização

Uso pretendido	Instrumento de diagnóstico em exames para auscultação de sons corporais
----------------	---


Confirmação jurídica

(EU) 2017/745	Dispositivo médico de classe I de acordo com a norma UE 2017/745 Processo de avaliação da conformidade segundo o Anexo IX
Regras de classificação	Regra 1

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade, que os produtos listados atendem aos requisitos essenciais das diretivas e regulamentos listados, bem como as normas harmonizadas relevantes listadas.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





wiroSPY SINGLE

STETOSKOPAS PLOKŠČIA GALVUTE

Gamintojas

Firma + Adresas	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vokietija
SRN	DE-MF-000004956
Prekiniai ženklai	care & serve®

Įgaliojimai

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveicarija
--------	---

Gaminio variantai

Gaminio aprašymas	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Stetoskopas plokščia galvute
Gaminio numeris	75981401 75981402 75981403 75981407

Naudojimas

Naudojimo paskirtis	Diagnostinis įrankis kūno garsų auskultacijos tyrimui
---------------------	---


Teisinis patvirtinimas

(EU) 2017/745	Medicininis I klasės gaminy pagal ES 2017/745 Atitikties vertinimo metodas pagal IX priedą
Klasifikavimo taisyklės	1 taisyklė

Atsakingai pareiškiame, kad pateikti gaminiai atitinka pagrindinius pateiktų direktyvų ir potvarkių bei atitinkamų darnųjų standartų reikalavimus.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





wiroSPY SINGLE

PLAKANĀS GALVAS STETOSKOPS

Ražotājs

Uzņēmums + Adrese	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Vācija
SRN	DE-MF-000004956
Preču zīme	care & serve®

Atļaujas

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveice
--------	---

Produkta varianti

Produkta apraksts	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Plakanās galvas stetoskops
Preču numuri	75981401 75981402 75981403 75981407

Lietošana

Lietošanas mērķis	Diagnostikas rīks ķermeņa trokšņu auskultācijas izmeklēšanai.
-------------------	---


Juridiskais apstiprinājums

(EU) 2017/745	I klases medicīniskais izstrādājums saskaņā ar ES 2017/745 Atbilstības novērtēšanas procedūra saskaņā ar IX pielikumu
Klasifikācijas noteikumi	1. noteikums

Mēs, uzņemoties pilnu atbildību, apliecinām, ka uzskaitītie produkti atbilst norādīto direktīvu un noteikumu, kā arī piemērojamo saskaņoto standartu pamata prasībām.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





СТЕТОСКОП С ПЛОСКА ГЛАВА

Производител

Фирма + Адрес	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Германия
SRN	DE-MF-000004956
Търговска марка	care & serve®

Упълномощавания

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцария
--------	--

Варианти на продукта

Описание на продукта	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Стетоскоп с плоска глава
Каталожни номера	75981401 75981402 75981403 75981407

Употреба

Употреба по предназначение	Диагностичен инструмент при прегледи за аускултация на телесни шумове.
----------------------------	--

Правно потвърждение


(EU) 2017/745	Медицински продукт от клас I съгласно ЕС 2017/745 Метод за оценка на съответствието съгласно Приложение IX
---------------	---

Правила за класификация	Правило 1
-------------------------	-----------

Декларираме на собствена отговорност, че изброените продукти отговарят на основните изисквания на посочените директиви и разпоредби, както и на посочените приложими хармонизирани стандарти.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





wiroSPY SINGLE

СТЕТОСКОП З ПЛАСКОЮ ГОЛОВКОЮ

Виробник

Фірма + Адреса	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Німеччина
SRN	DE-MF-000004956
Торговельна марка	care & serve®

Повноваження

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Швейцарія
--------	--

Варіанти продукту

Опис продукту	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Стетоскоп з плоскою головкою
Номери артикулу	75981401 75981402 75981403 75981407

Використання

Призначення	Діагностичний інструмент для обстежень для аускультатії шумів організму.
-------------	--


Юридичне підтвердження

(EU) 2017/745	Медичний виріб класу I відповідно до EU 2017/745 Процедура оцінки відповідності згідно з Додатком IX
Правила класифікації	Правило 1

Ми заявляємо про свою виключну відповідальність, що перелічені продукти відповідають основним вимогам наведених директив і правил, а також відповідним наведеним гармонізованим стандартам.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





LAMEPEAGA STETOSKOOP

Tootja

Ettevõtte + Address: WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksamaa

SRN DE-MF-000004956

Kaubamärk care & serve®

Volitused

CH REP Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Šveits

Toote variandid

Tootekirjeldus care & serve® PREMIUM | wiroSPY SINGLE | Lamepeaga stetoskoop

Toote number 75981401 | 75981402 | 75981403 | 75981407

Kasutamine

Kasutusotstarve Diagnostikavahend läbivaatuste tegemiseks, keha helide auskultatsiooniks.

Õiguslik kinnitus


(EU) 2017/745 Klass I meditsiinitooted vastavalt määrusele EL 2017/745
Vastavushindamismenetlus vastavalt IX lisale

Klassifitseerimise reeglid Reegel 1

Me deklareerime ainuvastutusel, et loetletud tooted vastavad loetletud direktiividest ja määrustest tulenevatele põhinõuetele, samuti loetletud asjakohastele ühtlustatud standarditele.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director





wiroSPY SINGLE

LITTEÄPÄINEN STETOSKOOPPI

Valmistaja

Yritys + Osoite	WIROS Wilfried Rosbach GmbH, Karl-Arnold-Str. 5, 47877 Willich, Saksa
SRN	DE-MF-000004956
Tavaramerkki	care & serve®

Valtuutukset

CH REP	Swiss AR Services AG, Industriestrasse 47, 6300 Zug, Sveitsi
--------	--

Tuoteversiot

Tuotekuvaus	care & serve® PREMIUM wiroSPY SINGLE Litteäpäinen stetoskooppi
tuotenumero	75981401 75981402 75981403 75981407

Käyttö

Käyttötarkoitus	Diagnosityökalut kehon äänien auskultaation tutkimuksissa.
-----------------	--

Oikeudellinen vakuutus

(EU) 2017/745	Asetuksen EU 2017/745 mukainen lääkinnällinen tuote Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely liitteen IX mukaisesti
Luokitussäännöt	Sääntö 1

Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että luetteloidut tuotteet ovat tässä mainituissa direktiiveissä ja asetuksissa määritettyjen olennaisten vaatimusten mukaisia sekä tässä mainittujen sovellettavien yhdenmukaistettujen standardien mukaisia.

Willich, 05.03.2025

Michael Hummels
Geschäftsführer | Managing Director

